マルチ周波数体組成計　ＭＣ－７８０Ａ－Ｎ

【ＳＤカードデータ説明書】

対象：ディビジョンN （生産2018年～）

Version 1.1

2020／12／15

株式会社タニタ

MC－780A―N(国内向け） SDデータフォーマット表

＊MC-980A（業務用マルチ周波数体組成計 ）との互換性を保つため、MC-780A-Nでは出力されないデータのヘッダ情報も出力されます。

＊電源ON後、SDカードが挿入されて保存可能の状態となっている場合、TANITAフォルダの下に日付ファイルを作成します。**(例:2018年4月1日の場合 → ¥TANITA¥20180401)**
日付ファイル作成時に、CSVデータの1行目にヘッダ情報を付加します。

＊測定終了後、SDカードが挿入されて保存可能状態の場合、測定結果の印刷と表示直前に下記データをSDカードへ保存します。
測定日の日付ファイルが存在しない場合は、データ保存前に日付ファイルを作成します。ただし、この場合ヘッダ行は追加しません。

＊各ヘッダやデータは、カンマ（ , ）で区切られます。

＊チェックサム（ＣＲＣ１６）の範囲は最初のデータから、チェックサムデータの手前のカンマ(,）までとします。

1. SDデータ出力表

項目		ヘッダー	フォーマット	内　容	保存される順番				
					体組成計			体重計	部位エラー（×は出力しない）
					成人	ｱｽﾘｰﾄ	小児		
型番		型番	"XXXXXX"	8バイト固定長 （"MC-780"）	1	1	1	1	
IDナンバー		IDナンバー	"XXXXXXXXXXXXXXXX"	18バイト固定長（未入力の場合は"0000000000000000"	2	2	2	2	
ステータス		ステータス	0または1	1バイト固定長 （0:エラーなし 1:部位エラー）	3	3	3	3	
接触状態		CC	XXXXXXXXXXXXXXXX	16バイト固定長（0:非接触 1:接触 全て接触なしの場合は 0000000000000000）	4	4	4		
日付		測定日	"yyyy/mm/dd"	12バイト固定長 （ yyyy:年 mm:月 dd:日）	5	5	5	4	
時間		測定時刻	"hh:mm:ss"	10バイト固定長 （hh:時 mm:分 ss:秒）	6	6	6	5	
体型		体型	0、2,5	1バイト固定長 （0:スタンダード 2:アスリート 5:オート）	7	7	7		
性別		性別	1または2	1バイト固定長 （1:男性 2:女性）	8	8	8		
年令		年令	XX	1～2バイト可変長 （単位才、右詰）	9	9	9		
身長		身長	XXX.X	4～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位cm）	10	10	10		
着衣量(風袋量)		着衣量	XX.X	3～4バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	11	11	11	6	
体重		体重	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	12	12	12	7	
体脂肪率		体脂肪率	XX.X	3～4バイト可変長、小数点以下1桁 （単位%）	13	13	13		
脂肪量		脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	14	14	14		
除脂肪量		除脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	15	15	15		
筋肉量		筋肉量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	16	16	16		
全身筋肉量スコア		全身筋肉スコア	-4～4	1～2バイト可変長	17	17			
推定骨量		推定骨量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	18	18	17		
体水分量		体水分量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	19	19	18		
体水分率		体水分率	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	20	20	19		
細胞内液量		細胞内液	XXX.X	4～6バイト可変長 （単位kg）					
細胞外液量		細胞外液	XXX.X	4～6バイト可変長 （単位kg）					
細胞外液率		外液比	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位%）					
BMI		BMI	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁	21	21	20		
標準体重		標準体重	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁	22				
肥満度		肥満度	XXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁 （単位%）	23				
標準体脂肪率		標準体脂肪率	XX.X	3～4バイト可変長、小数点以下1桁 （単位%）	24	22	21		
標準筋肉量		標準筋肉量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位%）	25				
内臓脂肪レベル		内臓脂肪レベル	1～59	1～2バイト可変長	26	23			×
脚点		脚点	XXX	2～3バイト可変長、(単位点）	27	24			×
基礎代謝量		基礎代謝量	XXXX	1～4バイト可変長 （単位kcal）	28	25			
基礎代謝量		基礎代謝量	XXXXX	1～5バイト可変長 （単位kJ）	29	26			
基礎代謝判定		基礎代謝判定	1～16	1～2バイト可変長	30	27			
体内年令		体内年齢	12～90	2バイト固定長 （単位才）					
左右バランス(手)		左右バランス（手）	-2～2	1～2バイト可変長 -2:左++ -1:左+ 0:± 1:右+ 2:右++	31	28			×
左右バランス(足)		左右バランス（足）	-2～2	1～2バイト可変長 -2:左++ -1:左+ 0:± 1:右+ 2:右++	32	29			×
アスリート指数		アスリート指数	20～120	2～3バイト可変長	33	30			
GS目標体脂肪率		GS目標体脂肪率	4～55	入力値を整数でそのまま出力する ※設定なしの場合は0 （入力されなかった場合はデフォルト値）	34	31	22		
GS予測体重		GS予測体重	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁まで （単位kg）※設定なしの場合は0	35	32	23		
GS予測脂肪量		GS予測脂肪率	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁まで （単位kg）※設定なしの場合は0	36	33	24		
GS脂肪量増減量		GS脂肪量増減量	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで （単位kg）※設定なしの場合は0 減量は「－」をつける	37	34	25		
右足	体脂肪率	右足体脂肪率	XX.X	3～4バイト可変長、小数点以下1桁まで （単位%）	38	35	26		×
	脂肪量	右足脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	39	36	27		×
	除脂肪量	右足除脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	40	37	28		×
	筋肉量	右足筋肉量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	41	38	29		×
	体脂肪率スコア	右足体脂肪率スコア	-4～4	1～2バイト可変長	42	39			×
	筋肉量スコア	右足筋肉量スコア	-4～4	1～2バイト可変長	43	40			×
左足	体脂肪率	左足体脂肪率	XX.X	3～4バイト可変長、小数点以下1桁まで （単位%）	44	41	30		×
	脂肪量	左足脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	45	42	31		×
	除脂肪量	左足除脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	46	43	32		×
	筋肉量	左足筋肉量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	47	44	33		×
	体脂肪率スコア	左足体脂肪率スコア	-4～4	1～2バイト可変長	48	45			×
	筋肉量スコア	左足筋肉量スコア	-4～4	1～2バイト可変長	49	46			×
右腕	体脂肪率	右腕体脂肪率	XX.X	3～4バイト可変長、小数点以下1桁まで （単位%）	50	47	34		×
	脂肪量	右腕脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	51	48	35		×
	除脂肪量	右腕除脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	52	49	36		×
	筋肉量	右腕筋肉量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	53	50	37		×
	体脂肪率スコア	右腕体脂肪率スコア	-4～4	1～2バイト可変長	54	51			×
	筋肉量スコア	右腕筋肉量スコア	-4～4	1～2バイト可変長	55	52			×
左腕	体脂肪率	左腕体脂肪率	XX.X	3～4バイト可変長、小数点以下1桁まで （単位%）	56	53	38		×
	脂肪量	左腕脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	57	54	39		×
	除脂肪量	左腕除脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	58	55	40		×
	筋肉量	左腕筋肉量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	59	56	41		×
	体脂肪率スコア	左腕体脂肪率スコア	-4～4	1～2バイト可変長	60	57			×
	筋肉量スコア	左腕筋肉量スコア	-4～4	1～2バイト可変長	61	58			×
体幹部	体脂肪率	体幹部体脂肪率	XX.X	3～4バイト可変長、小数点以下1桁まで （単位%）	62	59	42		×
	脂肪量	体幹部脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	63	60	43		×
	除脂肪量	体幹部除脂肪量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	64	61	44		×
	筋肉量	体幹部筋肉量	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁 （単位kg）	65	62	45		×
	体脂肪率スコア	体幹部体脂肪率スコア	-4～4	1～2バイト可変長	66	63			×
	筋肉量スコア	体幹部筋肉量スコア	-4～4	1～2バイト可変長	67	64			×
左半身	R(1kHz)	左半身R1	0.0に固定	3バイト固定	68	65	46		
	X(1kHz)	左半身X1	0.0に固定	3バイト固定	69	66	47		
	R(5kHz)	左半身R5	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	70	67	48		
	X(5kHz)	左半身X5	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	71	68	49		
	R(50kHz)	左半身R50	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	72	69	50		
	X(50kHz)	左半身X50	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	73	70	51		
	R(250kHz)	左半身R250	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	74	71	52		
	X(250kHz)	左半身X250	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	75	72	53		
	R(500kHz)	左半身R500	0.0に固定	3バイト固定	76	73	54		
	X(500kHz)	左半身X500	0.0に固定	3バイト固定	77	74	55		
	R(1000kHz)	左半身R1000	0.0に固定	3バイト固定	78	75	56		
	X(1000kHz)	左半身X1000	0.0に固定	3バイト固定	79	76	57		
右足	R(1kHz)	右足R1	0.0に固定	3バイト固定	80	77	58		
	X(1kHz)	右足X1	0.0に固定	3バイト固定	81	78	59		
	R(5kHz)	右足R5	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	82	79	60		
	X(5kHz)	右足X5	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	83	80	61		
	R(50kHz)	右足R50	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	84	81	62		
	X(50kHz)	右足X50	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	85	82	63		
	R(250kHz)	右足R250	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	86	83	64		
	X(250kHz)	右足X250	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	87	84	65		
	R(500kHz)	右足R500	0.0に固定	3バイト固定	88	85	66		
	X(500kHz)	右足X500	0.0に固定	3バイト固定	89	86	67		
	R(1000kHz)	右足R1000	0.0に固定	3バイト固定	90	87	68		
	X(1000kHz)	右足X1000	0.0に固定	3バイト固定	91	88	69		

左足	R(1kHz)	左足R1	0.0に固定	3バイト固定	92	89	70		
	X(1kHz)	左足X1	0.0に固定	3バイト固定	93	90	71		
	R(5kHz)	左足R5	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	94	91	72		
	X(5kHz)	左足X5	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	95	92	73		
	R(50kHz)	左足R50	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	96	93	74		
	X(50kHz)	左足X50	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	97	94	75		
	R(250kHz)	左足R250	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	98	95	76		
	X(250kHz)	左足X250	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	99	96	77		
	R(500kHz)	左足R500	0.0に固定	3バイト固定	100	97	78		
	X(500kHz)	左足X500	0.0に固定	3バイト固定	101	98	79		
	R(1000kHz)	左足R1000	0.0に固定	3バイト固定	102	99	80		
	X(1000kHz)	左足X1000	0.0に固定	3バイト固定	103	100	81		
右腕	R(1kHz)	右腕R1	0.0に固定	3バイト固定	104	101	82		
	X(1kHz)	右腕X1	0.0に固定	3バイト固定	105	102	83		
	R(5kHz)	右腕R5	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	106	103	84		
	X(5kHz)	右腕X5	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	107	104	85		
	R(50kHz)	右腕R50	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	108	105	86		
	X(50kHz)	右腕X50	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	109	106	87		
	R(250kHz)	右腕R250	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	110	107	88		
	X(250kHz)	右腕X250	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	111	108	89		
	R(500kHz)	右腕R500	0.0に固定	3バイト固定	112	109	90		
	X(500kHz)	右腕X500	0.0に固定	3バイト固定	113	110	91		
	R(1000kHz)	右腕R1000	0.0に固定	3バイト固定	114	111	92		
	X(1000kHz)	右腕X1000	0.0に固定	3バイト固定	115	112	93		
左腕	R(1kHz)	左腕R1	0.0に固定	3バイト固定	116	113	94		
	X(1kHz)	左腕X1	0.0に固定	3バイト固定	117	114	95		
	R(5kHz)	左腕R5	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	118	115	96		
	X(5kHz)	左腕X5	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	119	116	97		
	R(50kHz)	左腕R50	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	120	117	98		
	X(50kHz)	左腕X50	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	121	118	99		
	R(250kHz)	左腕R250	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	122	119	100		
	X(250kHz)	左腕X250	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	123	120	101		
	R(500kHz)	左腕R500	0.0に固定	3バイト固定	124	121	102		
	X(500kHz)	左腕X500	0.0に固定	3バイト固定	125	122	103		
	R(1000kHz)	左腕R1000	0.0に固定	3バイト固定	126	123	104		
	X(1000kHz)	左腕X1000	0.0に固定	3バイト固定	127	124	105		
両足	R(1kHz)	両足R1	0.0に固定	3バイト固定	128	125	106		
	X(1kHz)	両足X1	0.0に固定	3バイト固定	129	126	107		
	R(5kHz)	両足R5	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	130	127	108		
	X(5kHz)	両足X5	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	131	128	109		
	R(50kHz)	両足R50	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	132	129	110		
	X(50kHz)	両足X50	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	133	130	111		
	R(250kHz)	両足R250	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	134	131	112		
	X(250kHz)	両足X250	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	135	132	113		
	R(500kHz)	両足R500	0.0に固定	3バイト固定	136	133	114		
	X(500kHz)	両足X500	0.0に固定	3バイト固定	137	134	115		
	R(1000kHz)	両足R1000	0.0に固定	3バイト固定	138	135	116		
	X(1000kHz)	両足X1000	0.0に固定	3バイト固定	139	136	117		
右半身	R(1kHz)	右半身R1	0.0に固定	3バイト固定	140	137	118		
	X(1kHz)	右半身X1	0.0に固定	3バイト固定	141	138	119		
	R(5kHz)	右半身R5	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	142	139	120		
	X(5kHz)	右半身X5	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	143	140	121		
	R(50kHz)	右半身R50	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	144	141	122		
	X(50kHz)	右半身X50	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	145	142	123		
	R(250kHz)	右半身R250	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	146	143	124		
	X(250kHz)	右半身X250	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位Ω)	147	144	125		
	R(500kHz)	右半身R500	0.0に固定	3バイト固定	148	145	126		
	X(500kHz)	右半身X500	0.0に固定	3バイト固定	149	146	127		
	R(1000kHz)	右半身R1000	0.0に固定	3バイト固定	150	147	128		
	X(1000kHz)	右半身X1000	0.0に固定	3バイト固定	151	148	129		
位相差	左半身50kHz	位相差-左半身	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位°)	152	149	130		
	右足50kHz	位相差-右足	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位°)	153	150	131		
	左足50kHz	位相差-左足	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位°)	154	151	132		
	右腕50kHz	位相差-右腕	XXXX.X	3～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位°)	155	152	133		
	左腕50kHz	位相差-左腕	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位°)	156	153	134		
	両足50kHz	位相差-両足	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位°)	157	154	135		
	右半身50kHz	位相差-右半身	XXXX.X	5～6バイト可変長、小数点以下1桁まで(単位°)	158	155	136		
サルコペニア	MM/H^2	MM-H2	XXX.XX	3～6バイト可変長、小数点以下2桁まで	159	156	137		
	MM/BW	MM-BW	XXX.XX	3～6バイト可変長、小数点以下2桁まで	160	157	138		
	SMI	ASM-H2	XXX.XX	3～6バイト可変長、小数点以下2桁まで	161	158	139		×
	ASM/BW	ASM-BW	XXX.XX	3～6バイト可変長、小数点以下2桁まで	162	159	140		×
四肢骨格筋量	ALM	ALM	XXX.X	3～5バイト可変長、小数点以下1桁まで	163	160	141		×
チェックサム		チェックサム	XXXX	4バイト固定長(CRC－16)	164	161	142	8	
ユーザー名		ユーザー名		無し					
GS機能		GS機能	X	1バイト固定長 (0:オフまたは未入力 1:オン)	165	162	143		
ダミー1		ダミー1		無し					
ダミー2		ダミー2		無し					
ダミー3		ダミー3		無し					
ダミー4		ダミー4		無し					
ダミー5		ダミー5		無し					

2. 出力データ例(体組成モード測定時)

1行目

型番,IDナンバー,ステータス,CC,測定日,測定時刻,体型,性別,年令,身長,着衣量,体重,体脂肪率,脂肪量,除脂肪量,筋肉量,全身筋肉スコア,推定骨量,体水分量,体水分率,細胞内液,細胞外液,外液比,BMI,標準体重,肥満度,標準体脂肪率,標準筋肉量,内臓脂肪レベル,脚点,基礎代謝量,基礎代謝量,基礎代謝判定,体内年齢,左右バランス(手),左右バランス(足),アスリート指数,GS目標体脂肪率,GS予測体重,GS予測脂肪率,GS脂肪量増減量,右足体脂肪率,右足脂肪量,右足除脂肪量,右足筋肉量,右足体脂肪率スコア,右足筋肉量スコア,左足体脂肪率,左足脂肪量,左足除脂肪量,左足筋肉量,左足体脂肪率スコア,左足筋肉量スコア,右腕体脂肪率,右腕脂肪量,右腕除脂肪量,右腕筋肉量,右腕体脂肪率スコア,右腕筋肉量スコア,左腕体脂肪率,左腕脂肪量,左腕除脂肪量,左腕筋肉量,左腕体脂肪率スコア,左腕筋肉量スコア,体幹部体脂肪率,体幹部脂肪量,体幹部除脂肪量,体幹部筋肉量,体幹部体脂肪率スコア,体幹部筋肉量スコア,左半身R1,左半身X1,左半身R5,左半身X5,左半身R50,左半身X50,左半身R250,左半身X250,左半身R500,左半身X500,左半身R1000,左半身X1000,右足R1,右足X1,右足R5,右足X5,右足R50,右足X50,右足R250,右足X250,右足R500,右足X500,右足R1000,右足X1000,左足R1,左足X1,左足R5,左足X5,左足R50,左足X50,左足R250,左足X250,左足R500,左足X500,左足R1000,左足X1000,右腕R1,右腕X1,右腕R5,右腕X5,右腕R50,右腕X50,右腕R250,右腕X250,右腕R500,右腕X500,右腕R1000,右腕X1000,左腕R1,左腕X1,左腕R5,左腕X5,左腕R50,左腕X50,左腕R250,左腕X250,左腕R500,左腕X500,左腕R1000,左腕X1000,両足R1,両足X1,両足R5,両足X5,両足R50,両足X50,両足R250,両足X250,両足R500,両足X500,両足R1000,両足X1000,右半身R1,右半身X1,右半身R5,右半身X5,右半身R50,右半身X50,右半身R250,右半身X250,右半身R500,右半身X500,右半身R1000,右半身X1000,位相差-左半身,位相差-右足,位相差-左足,位相差-右腕,位相差-左腕,位相差-両足,位相差-右半身,MM-H2,MM-BW,ASM-H2,ASM-BW,ALM,チェックサム,ユーザー名,GS機能,ダミー1,ダミー2,ダミー3,ダミー4,ダミー5

2行目

MC-
780,0000000000000000001,0,0000000000000000000,2013/08/27,11:12:47,5,1,35,174.0,1.0,72.6,12.4,9.0,63.6,60.3,2,3.3,45.3,62.4,,,,24.0,,,17.0,,8,111,1782,7456,15,,1,2,72,0,0.0,0.0,0.0,9.8,1.5,13.4,12.7,-3,3,10.9,1.6,12.7,12.0,-3,2,10.5,0.4,3.3,3.1,-2,2,11.3,0.4,3.1,2.9,-2,1,14.1,5.1,31.1,29.6,-1,1,0.0,0.0,601.1,-35.2,509.7,-67.0,444.4,-60.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,205.5,-11.0,175.1,-21.0,155.7,-14.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,219.5,-12.5,186.9,-22.7,165.3,-16.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,344.4,-20.9,289.1,-42.0,247.3,-42.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,354.4,-20.5,299.0,-42.2,258.1,-43.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,424.4,-23.7,360.9,-44.3,319.7,-30.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,424.4,-23.7,360.9,-44.3,319.7,-30.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-7.5,-6.8,-6.9,-8.3,-8.0,-7.0, -7.0,15.51,0.72,7.16,0.33,16.1,432D,,0,,,,,

改訂履歴

Version	改訂日	改訂内容
1.0	2018/11/15	初版
1.1	2020/12/15	”対象：ディビジョンN（生産２０１８年～）”の記載追加 フォーマットの誤記修正